

規格表

(財物類共用表格)

113.1.1版

採購名稱	高解析離子阱質譜儀系統	☒ 內購 ☐ 外購	請購 單位 名稱	化學系
財物標的性質	☒ 機器或設備等（資本門） ☐ 非消耗品 ☐ 消耗品（如耗材零件等） ☐ 財物租賃 ☐ 其他（權利等）			
項次	品名	規格	格	數量/單位
1.	財物規格	高解析離子阱質譜儀系統 (一) 主機規格 1. 儀器設計： 四極桿串聯傅立葉轉換電場軌道阱（Quadrupole-Orbitrap）高解析質譜儀。 2. 離子源（Ion Source）： (1) 可在大氣壓力（API）模式下操作，更換離子源時不需洩真空。 (2) 須包含加熱式電噴灑游離探針（H-ESI）一組，共三種噴灑輔助氣體（Sheath, Aux, Sweep gas），其最大流量分別為 60/30/6。ml 3. 前期真空幫浦 具有前期幫浦配置，且啟動後真空需小於 2.5 mbar 4. 質譜儀本體： (1) 偵測器為傅立葉轉換電場軌道阱（Orbitrap）設計或同規。 (2) 離子傳輸系統須具高效率離子傳輸設計，可將離子有效傳輸至 C-Trap 及 Orbitrap 質量分析器或同規。 (3) 須具八極桿之元件，作為傳輸離子專用。 (4) 須具四極桿質量過濾器（Quadrupole Mass Filter），可進行前驅離子選擇或同規。 (5) 碰撞室設計須具高能量碰撞誘導解離技術（Higher-energy Collisional Dissociation, HCD）或同規。 (6) 質量掃描範圍：m/z 50 - 6,000。 (7) 質譜解析度（Mass Resolution）：最高可達 140,000 FWHM at m/z 200。 (8) 掃描速度（Scan Speed）：最高可達 12 Hz（於解析度 17,500）。 (9) 質量精確度（Mass Accuracy）： 質量外校誤差（External Calibration）< 3 ppm RMS；使用內標準品或 Lock Mass 時，質量誤差 < 1 ppm RMS。 (10) 極性切換（Polarity Switching）：正、負離子模式一完整切換週期 < 1 秒（於解析度設定 35,000）。 (二) 安裝測試及驗收 1. 須提供儀器原廠規範之安裝測試結果報告及英文操作手冊各一份。 2. 須提供儀器操作及維護至少 8 小時之教育訓練，訓練時數可依實際需求調整。 3. 得標廠商須提供儀器設備主體自驗收合格日起算三個月保固服務。 4. 有原廠受訓並在原廠服務任職工程師負責安裝與維護，並提供原廠有效的 LC/LCMS 系統校驗服務受訓證明。 註：因預算有限，本案可接受 15 年內出廠之整新機，但功能、效益等應正常，且負責 3 個月保固。		一套

2. 服務需求	☐ 無 ☐ 有，以下：
3. 注意事項	一、本案設備（主機或主要部分）產地、廠牌之特別規定： ☐1. 本案為不得採購大陸廠牌之資通訊產品（含軟體、硬體及服務） ☐2. 原產地不得為大陸地區（交貨時請檢附原廠出廠證明文件，如為進口品得以進口文件代替） ☐3. 限中華民國製造 ☒4. 無 二、其他注意事項：☒無☐有，以下：
4. 驗收條件	☒照上述財物規格驗收。 ☐除符合上述規格，驗收時應達成以下條件（設備應達成之功能、數值或應通過之檢驗標準）：
5. 其他事項 （使用單位自行勾選）	一、投標廠商是否應附原廠型錄或技術文件： ☒是：投標時請檢附原廠型錄（可為影本，須以螢光筆標示註明），如無原廠型錄，投標廠商應另行提供規格文件。不得以本校招標規範加蓋廠商公司章作為廠商之規格文件，或僅於廠商投標標的規格明細清單敘明『同本校招標規範』等類似字眼，如有此情形，本校得認定廠商未提出規格文件，判定為規格不合格。 ☐否：本案規格條件簡單、或屬訂製設備、或非目前市場上既有之商品、維修等。 ☐本案為電子取得報價單案件，有關型錄、技術文件等規定詳招標公告。 二、投標廠商是否應按品項分別報價：（總價決標案件如未分別報價，仍可為合格廠商） ☐是，投標廠商請按品名計__項分別報價，得標後契約價金總額如經減價而確定者，除機關或契約另有要求外，依同一減價比率（決標金額/投標金額）調整各項單價，並將該調整後明細表（加蓋公司大小章）送使用單位審核後留存。 ☒總價報價即可（含稅）。 三、上述設備如允許投標廠商提出『同等品』，應於投標文件內預先提出。投標文件內敘明同等品之廠牌、價格及功能、效益、標準或特性等相關資料，以供審查。（同等品審核表可至本校/行政/總務處採購組網站/表單下載），廠商未提供同等品審核表，機關得判定為規格不合格。 四、得標廠商交貨時應檢附資格證明文件： ☐得標廠商須為本案設備之原廠製造商或在台之分公司或經原廠授權之代理商、經銷商（授權代理或經銷證明文件其效期應涵括交貨年度）： 1. 得標廠商如為代理商者，得標後應檢具代理商之經銷授權證明文件及原廠或其在台分公司授權其代理商之證明文件。 2. 得標廠商如為經銷商者，得標後應檢具原廠或其在台分公司之經銷授權證明文件或其他合法取得文件。 五、本案應有教育訓練至少 8 小時（未填寫即無須教育訓練），應依本校排定訓練期間及方式（實體、線上或其他），於保固期滿前完成上課時數。 六、設備或管線等附掛於建物外牆、屋頂女兒牆等結構體（加會營繕組）：☐是☒否 七、廠商是否須對本案投保【安裝財物綜合保險】等項目（詳契約第10條）：☐是☒否
履約期限 （擇一勾選，並填列日數）	☒廠商應於得標次日起 60 日（含例假日）內安裝測試完畢，且測試結果符合契約規定。 ☐廠商應於本校通知次日起 _____ 日（含例假日）內安裝測試完畢，且測試結果符合契約規定。（註1） ☐廠商應於得標次日起至 _____ 年 _____ 月 _____ 日以前安裝測試完畢，且測試結果符合契約規定。（註2） ☐（其他，如分次、批交貨等請敘明）： 註： 1. 直接外購案件或預計安裝場地有其他工程尚在進行，無法進場安裝等；通知廠商得以電子郵件、傳真或發函等方式為之，請留下書面佐證文件以備驗收。

	2.預算需於一定期限前完成核銷，或無法辦理保留者。
保固期限	本履約標的自全部完成履約經驗收合格日之日起，由廠商保固3個月
規格訂定請參閱行政院公共工程委員會訂頒相關作業規定政府採購法第26條執行注意事項。	
內購：以新台幣向國內廠商購買財物。（廠商報價為含稅價） 外購（直接將契約價金給付國外廠商）：以新台幣或其他外幣向國外廠商購買財物，物品需經報關手續方能取貨，或得委託國內廠商代理採購事宜，並由本校依規定辦理免稅令，但不排除勾選後仍可選擇內購方式。	

填表人簽章： 	請購人或計畫主持人簽章： 	單位主管簽章： 
聯絡電話：06-2757575-65355	聯絡電話：06-2757575-65355	
E-MAIL: shilai@gs.ncku.edu.tw	E-MAIL: shilai@gs.ncku.edu.tw	
(開標通知單會寄發填表人及請購人電子郵件信箱，請務必填寫。)		

※廠商如對規格內容有疑義（學校總機06-2757575），請洽填表人、請購人。